



 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA		Nomor SOP : SOP-BPTD KALTARA 14 TAHUN 2024 Tgl. Ditetapkan : 21 Oktober 2024 Tgl. Revisi : 13 Desember 2024 Tgl. Diberlakukan : Disahkan oleh : Kepala BPTD Kelas III Kalimantan Utara  Irida Hariyono Soekirno, S.STP, M.M NIP.19710124 199503 1 001	
SOP KALIBRASI ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR			
Dasar Hukum : 1. Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat 5. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Nomor KP.1954/AU502/DRID/2019 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Angkutan Jalan		Cara mengatasi : 1. Mengastikan aturan tidak diberlakukannya petugas kalibrasi yang belum memiliki kompetensi untuk menandatangani Berita Acara hasil kalibrasi.	
Keterangan : 1 SOP Penerbitan Billing PNPB Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor		Peralatan/Perlengkapan : 1. Alat Kalibrasi 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Laptop dan Printer 4. Stempel BPTD Kelas III Kalimantan Utara 5. Seragam Kalibrasi dan Perlengkapan K3	
Peringatan : 1. Jika personil tim kalibrasi belum ada yang pernah mengikuti pembinaan teknis petugas kalibrasi atau pendidikan dan pelatihan petugas kalibrasi menandatangani Berita Acara hasil kalibrasi, maka Berita Acara hasil kalibrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan.			

No	Unian Kegiatan	Pelaksana					MUTU BAKU			Keterangan
		Direktorat Sarana	Kepala Balai	Kepala Seksi	Tim Kalibrasi	UPT. PK8 Dishub	Kelengkapan		Output	
								Waktu		
1.	Permohonan kalibrasi dari UPUBKB atau UPT. PK8 Dinas/Perhubungan						Surat Permohonan Kalibrasi, Daftar Alat Uji, dan Pernyataan Keselapan Fungsi Alat Uji	1 Hari	Mendapatkan Informasi Tipe dan Merk Alat Uji yang akan dikalibrasi	
2.	Melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi						Surat Permohonan Kalibrasi, Daftar Alat Uji, dan Pernyataan Keselapan Fungsi Alat Uji	30 Menit	Disposisi	
3.	Mem bentuk Tim yang akan melaksanakan kalibrasi						Memiliki Sertifikat Petugas Kalibrasi atau Pernah Mengikuti Pembinaan Teknis (bimtek) Petugas Kalibrasi	30 Menit	Mengetahui Kesiapan Tim dalam melaksanakan Tugas Kalibrasi	
4.	Penerbitan Kode Billing PNBp oleh bendahara penerimaan BPTD dan Surat Pemberitahuan PNBp						Bendahara Penerimaan BPTD	1 Hari (Maks)	Billing PNBp	
5.	UPT. PK8 Dishub melakukan pembayaran PNBp						Kode Billing PNBp	7 Hari (Maks)	Bukti Bayar Bank	Waktu Maksimal Pembayaran PNBp
6.	Bendahara Penerimaan memeriksa dan membuat Bukti Penerimaan Negara						Bukti Bayar Bank	60 Menit	Bukti Penerimaan PNBp	
7.	Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai						Surat Perintah Tugas	1 hari	Dokumen Surat Perintah Tugas	
8.	Pelaksanaan Kalibrasi						Peralatan kalibrasi, dan ATK	18 Jam	Peralatan Uji yang Terkalibrasi	
9.	Meng-input hasil Kalibrasi pada Website NewKaubber						Aplikasi NewKaubber, Laptop, dan Jaringan Internet	18 Jam	Rangkuman Kondisi Alat Uji Kendaraan Bermotor yang telah dikalibrasi dan rekomendasi	Pelaksanaan Peng-input-an dilakukan sehari yang sama dengan pelaksanaan kalibrasi Alat Uji
10.	Menertikan Berita Acara Hasil Kalibrasi dan menyerahkan ke Pihak UPT. PK8 Dishub						Laptop, Printer, dan Stempel	3 Jam	Rangkuman Kondisi Alat Uji Kendaraan Bermotor yang telah dikalibrasi dan rekomendasi	Pemerbitan Berita Acara dan Penyerahan dilakukan sehari yang sama dengan pelaksanaan kalibrasi Alat Uji
11.	Pelaporan Hasil Kalibrasi Kepada Pimpinan						Berita Acara Kalibrasi, Dokumentasi Kalibrasi Per-Alat, Bukti Bayar PNBp	1 Hari	Persetujuan untuk pengajuan Surat Keterangan Hasil Kalibrasi (SKHK)	
12.	Melakukan Pengajuan Surat Keterangan Hasil Kalibrasi (SKHK) ke Direktorat Sarana						Surat Permohonan kalibrasi Alat Uji, Surat Pemberitahuan PNBp, Bukti Bayar Pembayaran PNBp, Surat Bukti Bayar PNBp, Berita Acara Kalibrasi, berita Acara Kalibrasi Per-Alat, Dokumentasi Hasil kalibrasi Per-Alat, Surat Permohonan SKHK	5 Hari	Diterima dan diproses oleh Direktorat Sarana	SKHK dan Stiker Kalibrasi diterbitkan oleh Direktorat Sarana